

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 李永明	
	职称: 付主任医师	
	工作单位: 海淀人民医院	
项目信息	项目名称: 飞利浦 DSA 血管 X 线造影机购买维保服务	
	供应商名称: 北京铭成嘉业科技发展有限公司	
专业人员 论证意见	用户的飞利浦UNIQ FD20血管机, 已过免费维保期。该设备维修服务只能从厂家或由其指定的唯一经销商, 其原因如下: ①. 厂家不定期发布设备安全保障升级服务以提升设备安全性, 减少设备故障隐患, 除厂家或其指定的经销商, 其它公司均不具备升级途径与技术。②. UNIQ FD20产品配件及设备并未对第三方公司开放, 除厂家及其授权经销商外, 其它公司均不具备备件储备及合法的供货途径。③. 设备进行维修和校准时需使用厂家提供的唯一密码才能进行。无原厂密码无法完成设备维修调试。综上所述, 为降低维修成本, 提高设备开机率, 更好的为患者服务, 建议本项目采用单一来源的方式进行采购。	
专业人员 签字	李永明	日期: 2022 年 8 月 16 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名： 卢东生	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 北京友谊医院	
项目信息	项目名称： 飞利浦 DSA 血管 X 线造影机购买维保服务	
	供应商名称： 北京铭成嘉业科技发展有限公司	
专业人员 论证意见	用户飞利浦 UNiQ FD20 血管造影机已 过质保期，该设备维修服务只能从厂家或其 指定的唯一经销商处购买，原因如下： 1. 厂家不定期发布设备安全保障升级服务，以 提高设备安全性，除厂家及其指定唯一经销 商外，其它公司均不具备升级途径与技术支持。 2. UNiQ FD20 产品配件及球管未对第三方公司 开放，除厂家及其指定唯一经销商外，其它公司 均不具备备件储备及合法的供货途径。 3. 工程师对设备进行维修和校准时需要使用 厂家提供的唯一密码才能进入系统处理故 障和调试校准，无原厂密码无法完成设备调 试。 综上所述，为提高设备开机率，更好的为 患者服务，建议本项目采用单一来源的方式 进行采购。	
专业人员 签字	卢东生	日期： 2022 年 8 月 16 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 牟文斌	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 北京协和医院	
项目信息	项目名称: 飞利浦 DSA 血管 X 线造影机购买维保服务	
	供应商名称: 北京铭成嘉业科技发展有限公司	
专业人员 论证意见	用户飞利浦 UNIQ FD20 血管造影机已过保 修期。该设备维修服务只能从厂家或其指定的 唯一经销商处购买。原因如下: 1. 厂家不定期发布设备安全保障升级服务以提 升设备安全性, 减少设备故障隐患, 除厂家及其 指定唯一经销商外, 其它公司均不具备升级途 径与技术。 2. UNIQ FD20 产品配件及备件未对第三方公司开 放, 除厂家及其指定的经销商外, 其他公司 均不具备备件储备及安全合法的供货途径。 3. 工程师对设备进行维修和校准时需要使用厂家 提供的唯一密码才能进入系统后台处理故障 与调试, 无原厂密码无法完成设备维修调试 综上所述, 为降低维修成本, 提高设备开机率, 更好的为患者服务, 建议本项目采用单一来源的 方式进行采购。	
专业人员 签字	牟文斌	日期: 2022 年 8 月 16 日